



RS-GC112-N01-1

经济型公厕专用 多功能空气质量变送器 (485 型) 用户手册

文档版本：V1.1





声明

1. 本说明书版权属山东仁科测控技术有限公司（以下称本公司）所有，未经书面许可，本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内，也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

2. 感谢您使用山东仁科的系列产品。为使您更好地使用本公司产品，减少因使用不当造成的产品故障，使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换设备内部组件，本公司不承担由此造成的任何损失。

3. 本公司秉承科技进步的理念，不断致力于产品改进和技术创新。因此，本公司保留任何产品改进而不预先通知的权利。使用本说明书时，请确认其属于有效版本。

4. 请妥善保管本说明书，以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

山东仁科测控技术有限公司



目录

| | |
|----------------------|----|
| 1.产品简介 | 4 |
| 1.1 产品概述 | 4 |
| 1.2 功能特点 | 4 |
| 1.3 技术指标 | 4 |
| 2.产品选型 | 6 |
| 3.设备安装 | 7 |
| 3.1 设备安装前检查 | 7 |
| 3.2 设备尺寸 | 7 |
| 3.3 安装说明 | 7 |
| 3.3 安装方式示例 | 8 |
| 3.4 安装位置 | 8 |
| 3.5 安装注意事项 | 9 |
| 4.接口说明 | 9 |
| 5.配置软件安装及使用 | 9 |
| 5.1 软件选择 | 9 |
| 5.2 参数设置 | 9 |
| 6.通信协议 | 10 |
| 6.1 通讯基本参数 | 10 |
| 6.2 数据帧格式定义 | 10 |
| 6.3 寄存器地址 | 11 |
| 6.4 通讯协议示例以及解释 | 13 |
| 7.常见问题及解决办法 | 14 |
| 8.注意事项 | 14 |
| 9.质保说明 | 15 |
| 10.联系方式 | 16 |
| 11.文档历史 | 16 |



1. 产品简介

1.1 产品概述

RS-GC112-N01-1 是我公司自主研发的一款空气环境多要素变送器，用于检测公厕环境中的 NH₃、H₂S、温度、湿度、PM_{2.5}、PM₁₀、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO₂、甲醛、O₃、CO 等多种要素，基本涵盖了反映空气质量的各个指标。

变送器采用原装进口的传感器及控制芯片，具备高分辨率、稳定性好的特点。设备采用宽压 10-30V 直流供电，485 信号输出，标准 ModBus-RTU 通信协议、ModBus 地址可设置，波特率可更改，通信距离最远 2000 米。主要适用于公厕环境参数检测。

1.2 功能特点

- 集多种测量要素于一体，最多可同时集成 11 种测量要素。
- 专用于公厕环境检测，选用专用于公厕环境的 NH₃、H₂S 传感器，灵敏度高
- 可测量 NH₃、H₂S、温度、湿度、PM_{2.5}、PM₁₀、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO₂、甲醛、O₃、CO 等多种要素。
- 采用圆形弧面壳体，配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。
- 采用专用的 485 电路，通信稳定，10~30V 宽电压范围供电。

1.3 技术指标

| | |
|--------------|--|
| 直流供电（默认） | DC 10-30V |
| 最大功耗（14 种要素） | 1.5W（24V DC 供电） |
| 检测参数 | NH ₃ 、H ₂ S、温度、湿度、PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO ₂ 、甲醛、O ₃ 、CO |
| 工作环境： | 温度-10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝 |
| 信号输出 | RS485 输出（标准 ModBus-RTU 协议） |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |

| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
|-------------------|--------------------------|---------------------|---|-------|
| NH ₃ | 0~20ppm | 0.001ppm | ±9%FS（@20ppm、25℃、50%RH） | ≥5 分钟 |
| PM _{2.5} | 0~1000 μg/m ³ | 1 μg/m ³ | 颗粒物计数效率： 50%@0.3 μm， 98%@>=0.5 μm。 PM _{2.5} 精度：±3%FS （@100 μg/m ³ 、25℃、50%RH） | ≤2min |
| PM ₁₀ | 0~1000 μg/m ³ | | | |



| | | | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| TSP | 0~20000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | $\pm 25\%$ 或 $\pm 40\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ 取大值(@1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 25°C, 50%RH) | |
| 温度 | -40°C~+120°C, 默认-40°C ~+80°C | 0.1°C | $\pm 0.5^\circ\text{C}$ (25°C) | |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | $\pm 3\%$ RH (60%RH, 25°C) | |
| 大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | $\pm 0.15\text{kPa}$ @25°C 101kPa | |
| 光照度 | 0~20 万 Lux | 1Lux | $\pm 7\%$ (25°C) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度: 8%FS(@C ₂ H ₆ O, 0.5ppm, 25°C, 50%RH) | $\geq 24\text{H}$ |
| 二氧化碳 | 0-5000ppm (有 效量程: 400-5000ppm) | 1ppm | $\pm (50\text{ppm} + 3\%F \cdot S)$ @(25°C、400~5000ppm) | 2min(可用)、 10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度: $\pm 5\%$ FS (@1ppm、 25°C、50%RH) | ≥ 5 分钟 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | 精度: $\pm 6\%$ FS (@5ppm、 25°C、50%RH) | ≥ 5 分钟 |
| H ₂ S | 0~20ppm | 0.001ppm | $\pm 2\text{ppm}$ 或 $\pm 10\%$ | ≥ 5 分钟 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | $\pm 5\text{ppm}$ 或 $\pm 10\%$ | ≥ 5 分钟 |
| 噪声 | 30~130dB | 0.1dB | $\pm 0.5\text{dB}$ (在参考音准, 94dB@1kHz) | |
| 异味(电化学型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度: $\pm 11\%$ FS (@H ₂ S, 5ppm) | ≥ 5 分钟 |


注：1、**氨气(NH₃)要素为必选要素**

2、以上所有规格参数除去已经特殊说明的，均在环境条件：温度 20°C、相对湿度 50%RH、1 个大气压，待测气体浓度最大不超过传感器量程的环境下测得。

对于 TVOC、甲醛、臭氧、异味要素，以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品，我公司保留更改设计功能和规格的权利，恕不另行通知。

2. 产品选型

RS - GC 11 2-N01 1



要素种类说明:

| 1 种必选要素 | 编号 | | | 说明 |
|---------------------------|----|-----------|-------|------------------------------|
| NH3 | P | 20P | | NH ₃ 量程 20ppm |
| 13 种可选检测要素 | | | | |
| PM2.5 | A | | | 0~1000 μg/m ³ |
| PM10 | | | | |
| TSP | T | | | 总悬浮颗粒物 |
| 温度 | B | | | 空气温度、湿度 |
| 湿度 | | | | |
| 大气压力 | C | | | 0~120kPa |
| 光照度 | D | | | 0~20 万 Lux |
| TVOC | E | | | 总挥发性有机物 |
| 二氧化碳 | F | | | CO ₂ 量程 0-5000ppm |
| 甲醛 | G | 5P | | CH ₂ O 量程 0~5ppm |
| 臭氧 | H | 10P | | O ₃ 量程 0~10ppm |
| 噪声 | Q | | | 量程 30~130dB |
| 除上述检测元素外, 可从右侧气体选型中任选两种要素 | J | H2S | 20P | H ₂ S 量程 20 ppm |
| | L | CO | 1000P | CO 量程 1000 ppm |
| | R | 异味 (电化学型) | 5P | 量程 0~5ppm |

选型举例: 假如选择的测量要素为 NH₃、PM_{2.5}、PM₁₀、温度、湿度、甲醛、CO。

则对应的选型为 RS-GC112-N01-1-PABGK

注意: 异味与 CO₂ 要素不能同时选择。


3. 设备安装

3.1 设备安装前检查

设备清单：


- 公厕专用多功能空气质量检测仪 1 台
- 安装卡座一个
- 安装螺丝一包
- 产品合格证、保修卡

3.2 设备尺寸




3.3 安装说明

先在墙壁上打孔，将安装底座固定至墙壁或屋顶上，安装孔径及间距如下图所示：



安装底座尺寸（单位：mm）

固定好安装卡座，将设备卡扣卡入安装底座，如下图所示：




3.3 安装方式示例

3.3.1 吸顶式安装



3.3.2 壁挂式安装



3.4 安装位置

设备应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，设备安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于 0.5m。


3.5 安装注意事项

为了正确使用本设备及防止本设备故障的发生，请不要安装在以下位置

- 直接受蒸汽、油烟影响的场所；
- 给气口、换气扇、房门等风量流动大的场所；
- 水气、水滴多的场所（相对湿度： $\geq 95\%RH$ 或会产生冷凝水的场所）；
- 超出设备工作温度范围的场所
- 有强电磁场的场所。

4.接口说明

宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A、B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。



5.配置软件安装及使用

5.1 软件选择



打开资料包，选择“调试软件”---“485 参数配置软件”，找到 [V9.01.exe](#) 打开即可。

5.2 参数设置

①、选择正确的 COM 口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口），下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。



②、单独只接一台设备并上电，点击软件的测试波特率，软件会测试出当前设备的波特率以

及地址，默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。

- ③、根据需要使用修改地址以及波特率，同时可查询设备的当前功能状态。
- ④、如果测试不成功，请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
- ⑤、点击相应的气体，可直接查看气体当前实时数值。
- ⑥、注意：此软件只可设置 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/sbit/s 八种波特率。



6. 通信协议

6.1 通讯基本参数

| | |
|-------|--|
| 编 码 | 8 位二进制 |
| 数据位 | 8 位 |
| 奇偶校验位 | 无 |
| 停止位 | 1 位 |
| 错误校验 | CRC（冗余循环码） |
| 波特率 | 1200bit/s、2400bit/s、4800bit/s、9600bit/s、19200bit/s、38400bit/s、57600bit/s、115200bit/sbit/s 可设，出厂默认为 4800bit/s |

6.2 数据帧格式定义

采用 ModBus-RTU 通讯规约，格式如下：

初始结构 ≥4 字节的时间

地址码 = 1 字节



功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码

结束结构 ≥4 字节的时间

地址码：为变送器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：主机所发指令功能指示。

数据区：数据区是具体通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

主机问询帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
|------|------|---------|-------|-------|-------|
| 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 1 字节 | 1 字节 |

从机应答帧结构：

| 地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 数据二区 | 数据 N 区 | 校验码 |
|------|------|-------|------|------|--------|------|
| 1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 |

6.3 寄存器地址

| 寄存器地址 | PLC或组态地址 | 内容 | 支持功能码 | 范围及定义说明 |
|--------|----------|----------------------------|-----------|-----------|
| 0000 H | 40001 | PM2.5 (μg/m ³) | 0x03/0x04 | 实际值 |
| 0001 H | 40002 | PM10 (μg/m ³) | 0x03/0x04 | 实际值 |
| 0002 H | 40003 | 湿度 (%RH) | 0x03/0x04 | 扩大10倍上传 |
| 0003 H | 40004 | 温度 (°C) | 0x03/0x04 | 扩大10倍上传 |
| 0004 H | 40005 | 大气压力 (kPa) | 0x03/0x04 | 扩大10倍上传 |
| 0005 H | 40006 | 光照度 (Lux) | 0x03/0x04 | 光照度实际值高位 |
| 0006 H | 40007 | | | 光照度实际值低位 |
| 0007 H | 40008 | TVOC (ppb) | 0x03/0x04 | 实际值 |
| 0008 H | 40009 | 二氧化碳 (ppm) | 0x03/0x04 | 实际值 |
| 0009 H | 40010 | 甲醛 (ppm) | 0x03/0x04 | 扩大100倍上传 |
| 000A H | 40011 | 臭氧 (ppm) | 0x03/0x04 | 扩大1000倍上传 |
| 000C H | 40013 | 硫化氢(ppm) | 0x03/0x04 | 扩大1000倍上传 |
| 000E H | 40015 | 一氧化碳 (ppm) | 0x03/0x04 | 实际值 |
| 0012 H | 40019 | 氨气 (ppm) | 0x03/0x04 | 扩大1000倍上传 |
| 0013 H | 40020 | 噪声 (dB) | 0x03/0x04 | 扩大10倍上传 |
| 0014H | 40021 | 异味 (ppm) | 0x03/0x04 | 扩大1000倍上传 |
| 0015H | 40022 | TSP | 0x03/0x04 | 实际值 |



| | | | | |
|--------|-------|---------------------|-------------------------|--------------|
| 0050 H | 40081 | PM2.5 校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 实际值 |
| 0051 H | 40082 | PM10 校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 实际值 |
| 0052 H | 40083 | 湿度校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大10倍上传 |
| 0053 H | 40084 | 温度校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大10倍上传 |
| 0054 H | 40085 | 大气压力校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大10倍上传 |
| 0056 H | 40087 | 光照度校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 实际值 |
| 0057 H | 40088 | TVOC 校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 实际值 |
| 0058 H | 40089 | 二氧化碳校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 实际值 |
| 0059 H | 40090 | 甲醛校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大100倍上传 |
| 005A H | 40091 | 臭氧校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大1000倍上传 |
| 005C H | 40093 | 硫化氢校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大1000倍上传 |
| 005E H | 40095 | 一氧化碳校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 实际值 |
| 0062 H | 40099 | 氨气校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大1000倍上传 |
| 0063 H | 40100 | 噪声校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大10倍上传 |
| 0064H | 40101 | 异味校准值 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 扩大1000倍上传 |
| 0065H | 40102 | TSP 校准值 B | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 原始值, 系数B |
| 0066H | 40103 | TSP 校准值 A 高 16 位 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 浮点型, 系数A高16位 |



| | | | | |
|--------|-------|---------------------|-------------------------|---|
| 0067H | 40104 | TSP 校准值 A 低 16 位 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 浮点型，系数A低16位 |
| 07D0 H | 42001 | 485 地址 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 1~254（出厂默认1） |
| 07D1 H | 42002 | 485 波特率 | 0x03/0x04/0 x06/0x10 | 0代表2400bit/s 1代表4800bit/s 2代表9600bit/s 3代表19200bit/s 4代表38400bit/s 5代表57600bit/s 6代表115200bit/s，7代表1200bit/s |

6.4 通讯协议示例以及解释

6.4.1 读取设备地址 0x01 的 PM2.5 实时值（实际值）

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
|------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | PM2.5 值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
|------|------|---------|-----------|-------|-------|
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x12 | 0x38 | 0x49 |

PM2.5:

0012 H(十六进制)=18 => PM2.5 =18 μ g/m³

6.4.2 读取设备地址 0x01 的 CO 实时值（实际值上传）

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
|------|------|-----------|-----------|-------|-------|
| 0x01 | 0x03 | 0x00 0x10 | 0x00 0x01 | 0x85 | 0xCF |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | CO 值 | 校验码低位 | 校验码高位 |
|------|------|---------|-----------|-------|-------|
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x64 | 0xB9 | 0xAF |

CO:

0064 H(十六进制)=100 =>CO=100ppm

6.4.3 写入设备地址 0x01 的 CO 校准值（实际值写入）

问询帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入数据区 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
|------|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x60 | 0x00 0x14 | 0x45 | 0xDB |

应答帧

| 地址码 | 功能码 | 起始地址 | 写入数据 | 校验码低字节 | 校验码高字节 |
|-----|-----|------|------|--------|--------|
|-----|-----|------|------|--------|--------|



| | | | | | |
|------|------|-----------|-----------|------|------|
| 0x01 | 0x06 | 0x00 0x60 | 0x00 0x14 | 0x45 | 0xdB |
|------|------|-----------|-----------|------|------|

写入CO校准 (设置校准值为20ppm):

CO 20ppm 原始值写入=20 =>0014 H(十六进制)

7.常见问题及解决办法

设备无法连接到 PLC 或电脑可能的原因:

- 1)电脑有多个 COM 口, 选择的口不正确。
- 2)设备地址错误, 或者存在地址重复的设备 (出厂默认全部为 1)。
- 3)波特率, 校验方式, 数据位, 停止位错误。
- 4)主机轮询间隔和等待应答时间太短, 需要都设置在 200ms 以上。
- 5)485 总线有断开, 或者 A、B 线接反。
- 6)设备数量过多或布线太长, 应就近供电, 加 485 增强器, 同时增加 120 Ω 终端电阻。
- 7)USB 转 485 驱动未安装或者损坏。
- 8)设备损坏。

8.注意事项

- 1)请勿将该设备应用于涉及人身安全的系统中。
- 2)请勿将设备安装在强对流空气环境下使用。
- 3)设备应避免接触有机溶剂 (包括硅胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度 (超过设备量程 80%) 气体。
- 4)设备不能长时间应用于含有腐蚀性气体 (如各种硫化物等) 的环境中, 腐蚀性气体会损害传感器;
- 5)请勿将设备长时间放置于高浓度有机气体 (如甲烷、乙烯、苯等) 中, 长期放置会导致传感器零点发生漂移, 恢复缓慢。
- 6)禁止长时间在高浓度碱性气体 (如氨气) 中存放和使用。
- 7)设备仅用于室内测量 ppm 级别气体含量的环境中 (CO₂ 除外), 不能应用于室外大气测量等 ppb 级测量环境。
- 8)尽管本产品具有很高的可靠性, 但我们建议在使用前检查设备对目标气体的反应, 确保现场使用。
- 9)测试设备对目标气体反应时, 建议方式为使用不超过设备量程浓度的对应气体标准物质进行测试, 使用非建议方式测试导致的设备测量值异常, 我公司不承担责任。
- 10)此产品 H₂S、NH₃、异味等要素是根据公厕环境气体模型附加自适应算法所得到的数据, 对单一气体要素反应灵敏度较低, 请勿使用单一气体要素测试。
- 12)设备禁止纯气试验, 严禁用打火机熏试, 以免设备因过高浓度的气体熏试而过早失效。
- 13)本公司采用的湿度传感器为电容式原理。应避免使用在存在挥发性有机化合物的环境中。



9.质保说明

保修期限自购买日起 24 个月内（以有效购买凭证为准），保修设备在保修期间，正常使用和维护的情况下，设备本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经查验属实，本公司将提供免费修理及更换零件。（注：传感器部分仅质保 12 个月）

超出质保期，终身提供维修服务。

符合以下情况之一则不在质保范围内：

- 1.产品因错误安装、使用、操作而导致设备损坏。
- 2.曾经由非本公司的技术人员拆卸、修理、改动、改装或用户自行更换设备内任何部件。
- 3.疏忽使用或被水、其他物质掺入设备内造成损坏。
- 4.意外事件自然灾害导致的故障或损坏。
- 5.超出产品参数中列出的工作参数范围导致的故障或损坏。



10.联系方式

山东仁科测控技术有限公司

营销中心：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 10 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.com



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)

欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

11.文档历史

V1.0 文档建立

V1.1 增加质保说明